

Konformitätserklärung

Wir, die Schnitzler Rettungsprodukte GmbH & Co. KG, bescheinigen hiermit, dass unser integriertes und nachrüstbares Baby- und Kinder-Rückhaltesystem (Art. Nr.: St01-02-S (-410 / -418 / -PP / -XPS), St01-02-B (-410 / -418 / -PP / -XPS), St02-02 (-410 / -418 / -S / -B) und 720 (720 NPR, 720 XPSNPR), einsetzbar ab 3,5kg - 22kg Körpergewicht) in Kombination mit unseren Sicherheitstragenauflagen und Patienten-Rückhalteystemen die Vorgaben der EN 1789 bei ordnungsgemäßer Montage und Anwendung, wie in der Gebrauchsanweisung vorgegeben, an folgenden Krankentragen erfüllt:

Stryker M1, Power Pro XT (auch XPS) und TL

Die Erfüllung der Vorgaben der EN 1789 für die oben genannten Baby- und Kinder- sowie die Statik- und Automatik-Statik-Rückhaltesysteme wurden vom TÜV Rheinland (13PGO58000-00 / 23PG1099-00 / 103XSO186-00) erfolgreich dynamisch crashgetestet und zertifiziert.



Dan F. Schragen
-Vertriebsleiter / stv. Sicherheitsbeauftragter-
-MP-Berater-
Schnitzler Rettungsprodukte GmbH & Co. KG
Niederkassel-Mondorf, den 15.05.2017